

## DESCRIPCIÓN



Dispositivo medico no invasivo con sistema automático digital, curva Pletismográfica, diseño compacto, sencillo y confiable que mide de manera directa la saturación de oxígeno en la sangre y el pulso. Utilizado en la evaluación inicial de pacientes con patología respiratoria, hemodinámica, neumológicos o crisis asmática.

### CARACTERÍSTICAS

- \* Diseño pequeño y ligero
- \* Indicador de batería baja
- \* Pantalla OLED de fácil lectura
- \* Con curva plestimográfica
- \* Visualización de SpO2 y pulso cardíaco
- \* 6 modos de visualización
- \* Bajo consumo de energía
- \* Apagado automático
- \* Intensidad de luz ajustable
- \* Garantía de 2 años

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de paciente		Modo de visualización	
Adulto y pediátrico		Tipo	Pantalla OLED
<b>SpO2</b>		Parametros	SpO2, PR, Barra de pulso
Rango de Medición:	70% - 100%	Modo	6 modos de visualización
Resolución:	1%	Luminosidad	Ajustable a 10 niveles
Exactitud:	70% - 100%: ± 2%	Alarma	Indicador batería baja
	0% - 69%: No definido	Fuente de poder	2 pilas AAA alcalinas
<b>PULSO</b>		Tiempo operación	30 hrs de uso normal
Rango de Medición:	30-250 bpm	Temperatura operación	5 °C - 40 °C
Resolución:	1 bpm	Temperatura almacenaje	-20 C°- 55 C°
Exactitud:	30-99 bpm: ± 2bpm	Humedad de operación	≤ 80%
	100-250bpm: ± 2%	Humedad almacenaje	≤ 93%

NOMBRE :

PULSOXIMETRO DE CURVA

Modelo/Marca :

MD300C2-ChoiceMMed

REGISTRO INVIMA:

REGISTRO INVIMA 2012EBC-0008418

### Accesorios

- \* 2 pilas AAA
- \* Protector de silicona
- \* Estuche en lona
- \* Cordón para transporte
- \* Manual de usuario

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia